



TERMO DE REFERÊNCIA – REQUISIÇÃO Nº 103/2020

ITEM	QTD	UNI	DESCRIÇÃO
1	6	Unidade	CAMA HOSPITALAR Estrutura em tubos retangulares de aço carbono 30x50x1,5mm, tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletroestática a pó, branca. Cabeceiras e peseiras em poliuretano termoplástico de alta resistência, removíveis para transporte e limpeza. Dois pares de grades laterais em aço carbono, removíveis para transporte e limpeza. Leito em tubos de aço carbono de 1,2mm com reforço em tubos de 20x30x1,2mm. Com sistema de proteção contra fechamento completo. Movimentos: elevação dorsal, semi-fowler, fowler, sentado, cardíaco, flexão de pernas, regulagem de altura. Acionamento de movimentos com 3 menivelas Rodízios de 3 polegadas com rodagem dupla, dois freios diagonais. Capacidade máxima: 150 kg Dimensões: Altura mínima: 53mm Altura máxima: 720mm Largura útil: 900mm Largura total: 1000 mm Comprimento útil: 1900mm Comprimento total: 2000mm Colção d3

JUSTIFICATIVA:

Considerando o Decreto Municipal nº 3.156, de 26 de março de 2020, que dispõe sobre a decretação de estado de calamidade pública no Município de Itupeva.

Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, dispondo de medidas necessárias de saúde, visando a melhor resposta à emergência de saúde pública frente à pandemia.

Considerando as orientações expedidas pelas autoridades de saúde, bem como pelos órgãos competentes, a fim de garantir a assistência aos munícipes, onde justificamos a aquisição de camas hospitalares que se destinam a equipar os leitos do hospital de campanha, o qual vem sendo instalado pelo município.

LUCIANE ALVES DA CUNHA
Secretária Municipal de Saúde